



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Guaxupé, 10 de agosto de 2018

De: Prefeitura de Guaxupé/MG – Secretaria de Administração

Para: **Bioservis Eletromedicina Ltda.**

Referência: PREGÃO PRESENCIAL N.º069/2018, PROCESSO N.º: PRC 186/2018, Objeto: Seleção e contratação de empresa(s) para a aquisição de veículos, computadores, eletrônicos, ar condicionado, equipamentos odontológicos, equipamentos hospitalares, móveis, fogões, bebedouros, geladeira e materiais permanentes para as Unidades de Saúde da Prefeitura de Guaxupé, por meio das propostas de aquisição n.ºs 19111.832000/1160-01; 19111.832000/1170-02; 19111.832000/1150-01, 326.5313/2016, considerando a Portaria 3.134 de 17 de dezembro de 2013, conforme referências SIGEM; RENEM e PROCOT do Ministério da Saúde, itens para melhor atenderem a população assistida pelo SUS – Sistema Único de Saúde.

Respostas ao seu pedido de esclarecimento:

Referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º069/2018 - contratação de empresa(s) para a aquisição de veículos, computadores, eletrônicos, ar condicionado, equipamentos odontológicos, equipamentos hospitalares, móveis, fogões, bebedouros, geladeira e materiais permanentes para as Unidades de Saúde da Prefeitura de Guaxupé - gostaríamos de saber:

1) Item 21 Desfibrilador por o mesmo esta direcionado para a marca zoll modelo aed pro, além do mesmo custar em torno de 15 mil reais o estimado esta a 7 mil reais.

Segue abaixo um descritivo para licitação e em anexo um catálogo para apreciação de um modelo manual e automático conforme solicitado com cabo de 03 vias, no qual consigo chegar ao estimado.

Descritivo básico para colocar na licitação

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DE ONDA BIFÁSICA E TAMBÉM SELEÇÃO MANUAL DE CARGA EM JOULES EM MODO ADULTO E EM MODO INFANTIL, COM MONITORIZAÇÃO DE ECG NA TELA, PARA UTILIZAÇÃO ADULTO E INFANTIL. BATERIA INTERNA PARA UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES COM CARGA PLENA. DEVE ACOMPANHAR DOIS PARES DE ELETRODOS ADULTO E 01 PAR DE ELETRODO INFANTIL MULTIFUNCIONAIS. PESO MÁXIMO DE 3 KILOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE PELO USUÁRIO, ACONDICIONADO EM BOLSA, ALÉM DOS DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO USO DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE 100 EVENTOS DE ECG OU GRAVAÇÃO DE 2 HORAS DO ECG.

Resposta: O convênio assinado que liberou recursos para a aquisição de equipamentos determina a compra de DESFIBRILADOR DEA, que significa DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. A proposta de descrição encaminhada trata-se de um DESFIBRILADOR MANUAL, portanto não atende a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Guaxupé/MG